



JiViŠ s.r.o.

Poděbradská 489/116

198 00 Praha 9

Váš dopis zn.	ze dne 22.3.2019
Naše značka	P18600/19
Vyřizuje	Irena Čadilová oddělení odečtů a technické podpory Ke Kablu 971, Praha 10
Tel. / fax	840 111 112, 601 274 274
Email	info@pvk.cz
Datum	26.4.2019

Stanovení výše odběru vody po přezkoušení správnosti údajů vodoměru

Číslo odběru 302616-161 – Laudonova 432/2

Vážení odběratelé,

na základě Vaší žádosti jsme nechali u Českého metrologického institutu přezkoušet správnost údajů vodoměru č.42009463845. Vodoměr, přezkoušený podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění, podle vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění a ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, **nevyhovuje** stanoveným příslušným metrologickým předpisům.

Finanční vypořádání za odběr vody je zajištěno v souladu s § 17 odst. 4 a 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. Vyhodnocení odebraného množství vody po provedené zkoušce je provedeno na základě osvědčení č.10365-19 o přezkoušení vodoměru dle § 17 odst. 4 písm. a) zákona 274/2001 Sb.

Výpočet byl proveden za fakturační období od 24.3.2018 do 10.4.2019, od stavu 6870 m³ do 8825 m³, tj. spotřeba ve výši 2045 m³, podle spotřeby ze srovnatelného předchozího období.


Na základě provedeného výpočtu Vám bude zohledněna spotřeba 214 m³. Na 23 m³ byl vystaven dobropis a o 191 m³ bude ponížena korekcí řádná fakturace do konečného stavu.

S pozdravem

Bc. Petr Benák
vedoucí oddělení odečtů a technické podpory

M. Z. Čadilová
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek finančního ředitele
544

Přílohy – Osvědčení a protokol
opravná fa 1948001239



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Praha, Radiová 3, 102 00 Praha 10
tel. +420 266 020 111, fax. +420 266 020 169

OSVĚDČENÍ O PŘEZKOUŠENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1001-OP-10365-19

Datum vydání: 23. 4. 2019

List 1 z 1 listu, 1 příloha

Český metrologický institut jako orgán zmocněný k přezkušování stanovených měřidel v souladu s § 11a a § 14 odst. 1 písm. m) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) provedl na základě požadavku zákazníka přezkoušení stanoveného měřidla ve smyslu § 11a zákona.

Zákazník: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971

102 00 Praha 10, Hostivař

IČ: 25656635

Měřidlo - druh: Vodoměr

výrobce: SENSUS

typ: 420 Q₃ 4, R160

výrobní číslo: 42009463845

specifikace: SV, vícevrtkový, mokroběžný

Vlastník měřidla: 302616-161-V1

(číslo odměrného místa)

Datum provedení: 17. 4. 2019

Místo provedení: PVK, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

S ohledem na výsledek přezkoušení výše uvedené stanovené měřidlo **nesplňuje** požadavky stanovené Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14.

Upozornění: Na základě výše uvedeného výsledku přezkoušení zaniká platnost ověření stanoveného měřidla ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, a jeho další používání by bylo v rozporu se zákonem.

Příloha: Zkušební protokol č. PVK-10365-19



Ředitel organizační jednotky:

Ing. Vladimír Peršl

„Zkušební protokol“ nesmí být bez písemného souhlasu vydavatele rozmnožován jinak než v celkovém počtu listů. Výsledek zkoušení se vztahuje k technickému stavu měřidla v době provedení přezkoušení.



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Praha, Radiová 3, 102 00 Praha 10
tel. +420 266 020 111, fax. +420 266 020 169

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

stanoveného měřidla podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

PVK-10365-19

Příloha k Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla

Datum vydání: 23. 4. 2019

List 1 z 1 listu

Zákazník: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971

102 00 Praha 10, Hostivař

IČ: 25656635

Měřidlo - druh: Vodoměr

výrobce: SENSUS

typ: 420 Q₃ 4, R160

výrobní číslo: 42009463845

specifikace: SV, vícevrtkový, mokroběžný

Vnější prohlídka: měřidlo opatřeno stanovenými označeními a je způsobilé ke zkoušce

Postup zkoušení: V souladu s Opatřením obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14, sběrnou metodou

Použité etalony: Vodoměrná zkušební stanice typu MR-T-S 1540; výr. ENBRA;
váhy M-T vč. 1984147, kalibrační list 1053-KL-20525-18

Datum provedení: 17. 4. 2019

Místo provedení: PVK, a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

Podmínky zkoušení: -

Kriteriální předpis: Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C035-14

Výsledky přezkoušení:

Zkušební průtok [m ³ /h]		Největší dovolená chyba [%]	Naměřená hodnota [%]
Q ₃	4,0	± 4	+13,0
Q ₂	0,040	± 4	+20,2
Q ₁	0,025	± 10	+16,3

V případě tučně zvýrazněných parametrů stanovené měřidlo nesplňuje požadavky.

stav počítadla vodom. před zkouškou (m ³)	8825,4760	stav počítadla vodom. po zkoušce (m ³)	8825,6039
---	-----------	--	-----------

Zkoušku provedl:

Jiří Weinhold, Ing. Vladimír Peršl



„Zkušební protokol“ nesmí být bez písemného souhlasu vydavatele rozmnožován jinak než v celkovém počtu listů.
Výsledky zkoušení se vztahují k technickému stavu měřidla v době provedení přezkoušení.